

入札公告

物品調達等及び委託役務

次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の6の規定により公告する。

この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。

平成29年5月25日

東広島市長 藏田 義雄

1 入札に付する事項

- | | |
|-----------------|---|
| (1) 物品・委託役務の名称 | 高規格救急自動車（東広島救急2）（黒瀬救急2） |
| (2) 物品・委託役務管理番号 | 18290010 |
| (3) 物品委託役務内容 | 東広島消防署及び南分署に納入する高規格救急自動車2台 |
| (4) 納入・履行期間 | 本案件は、東広島市議会の議決を要するものである。
議会議決の日の翌日から平成30年3月23日まで |
| (5) 納入・履行（就業）場所 | 東広島消防署、東広島消防署南分署（東広島市黒瀬町大多田1496番地5） |
| (6) 予定価格 | 非公表 |
| (7) 最低制限価格 | なし |
| (8) 入札方式 | 一般競争入札 |
| (9) 入札区分 | 紙入札 |
| (10) 使用する契約約款 | 製作物供給契約約款 |
| (11) 契約種別 | 総価契約 |
| (12) 収入印紙 | 要 |

2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

次に掲げる要件を全て満たしていること。

ア	平成29年1月1日～平成32年12月31日までの東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者	買入れ・製作
イ	法令等による登録等	医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）第39条第1項に基づく高度管理医療機器等販売業の許可を広島県内の事業所で受けていること。
ウ	技術者	問わないものとする。
エ	営業所所在地 ※本店とは、法人にあっては登記されている本店とし、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所とする。 ※営業所とは、法人においてその所在する市（町）の法人市（町）民税の申告のある営業所とする。	東広島市内に本店又は営業所を有する者
オ	会社の履行実績	問わないものとする。
カ	その他	平成29年4月1日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2（1）のいずれにも該当しないこと。

3 その他の入札条件

- 使用契約書及び契約約款：製作物供給仮契約書、製作物供給契約約款（東広島市ホームページ掲載のもの）
- 本件の契約にあたっては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和49年東広島市条例第125号）に基づき、落札決定後、仮契約を締結し、東広島市議会の議決を経たときに本契約として効力を生じるものとする。
- 開札の日から、市議会の議決を経るまでの間のいずれかの日において、入札者が次の要件のいずれかに該当する者となったときは、落札者とししない、又は仮契約を締結しない、若しくは解除することがある。

ア 東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項の2（1）アイウに掲げる事項

イ 手形交換所による取引停止処分を受けている者又は手形小切手の不渡りを出した者

ウ 本市の指名除外措置を受けている者

エ 関係法令の規定による営業停止処分を受けている者

4 日程等

手 続 き 等	期 間・期 日 等	場 所 ・ 留 意 事 項
ア 公告日	平成29年5月25日	東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧に供する。 閲覧場所は「6 問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。
イ 仕様書及び見本等閲覧期間	平成29年5月25日～ 平成29年6月14日	東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。 見本等の有無：無
ウ 同等品確認期間（物品の買入れ及び借入れに限る）		同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得（平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。）別記様式第2号（第4条関係）により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。 同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。
エ 同等品確認回答閲覧期間		東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
オ 質問書提出期間	平成29年5月25日～ 平成29年6月1日	質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得（平成21年東広島市告示第83号）別記様式第1号（第4条関係））により発注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡すること。 消防局 警防課（発注担当課） 東広島市西条栄町実1173番地1 電話番号 082-422-5648 / ファックス番号 082-422-7248 質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。 質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。
カ 回答書閲覧期間	平成29年6月6日～ 平成29年6月14日	東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。
キ 入札期間	平成29年6月12日～ 平成29年6月13日 （午前8時30分～午後5時15分）	入札場所 東広島市総務部契約課（契約担当課） 東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階） 入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。 初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。） 特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。
ク 開札日時	平成29年6月14日 午前9時10分	開札場所 入札室（東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階） 開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札（1回目）を実施するものとする。再度の入札（1回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加できるものとする。 再度の入札（1回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した者に対してファックスにより通知を行う。 再度の入札（1回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札（2回目）を行う。 再度の入札は、2回目まで行う。

5 資格要件確認資料の提出

本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

(1) 提出書類

書類の区分	提出書類 (○印)	備考
ア 入札参加資格確認申請書		様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。
イ 入札参加資格要件総括表		
ウ 誓約書		
エ 配置予定技術者届出書		
オ 履行実績確認表		
カ 履行実績証明書（物品・委託役務）		
キ 法令等による登録等を確認するための資料		
ク その他		

(2) 提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。

(3) 提出期限 平成 年 月 日

(4) 提出先 「6 問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。

(5) その他

入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。

資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。

資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。

資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

6 問い合わせ先（契約担当課）

総務部契約課 物品役務係
東広島市西条栄町8番29号（本庁本館4階）
電話番号 082-420-0930
ファックス番号 082-431-0077

平成29年度
高規格救急自動車
(東広島救急2) (黒瀬救急2)
仕 様 書

東広島市消防局

第1 総則

- 1 この仕様書は、東広島市（以下「本市」という。）が平成29年度に購入する高規格救急自動車（以下「車両」という。）の製作に必要な仕様について定める。
- 2 車両は、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）及び道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）に適合し、緊急自動車としての承認を得られるものであること。
- 3 車両は、救急業務実施基準（昭和39年自消甲教発第6号）第9条に定める要件に適合するものであること。
- 4 車両は、緊急消防援助隊設備整備費補助金交付要綱（平成18年4月1日消防消第49号）に定める規格に適合すること。
- 5 受注者は、詳細について本市担当者と打ち合わせを行い、契約を締結した日から90日以内に、第2提出書類の1で定める書類を提出し、承認を得た後に製作に着手すること。
- 6 受注者は、本仕様を十分熟知のうえ契約するものとし、製作中に疑義が生じたときには、本市担当者に連絡し、その指示又は承認を受けること。
- 7 受注者は、前の5で承認を得た製作工程表及び製作承認図面等に変更が生じたときは、事前に、変更後の製作工程表及び製作承認図面等を提出し、本市の承認を得なければならない。
- 8 受注者は、製作全般にわたり厳重な検査を実施すること。
- 9 受注者は、設計・製作・材料・部品等に関し、特許その他権利上の問題が発生した場合には、その責任を負うこと。
- 10 受注者は、車両納入後においても、本車両に係る本市担当者からの修理の要請に直ちに対処するものとする。
- 11 車両の保証期間は、納入後1年間とする。ただし、メーカー等で定める保証期間が1年以上の場合は、メーカーの定める期間とする。また、保証期間経過後においても、設計不良、工作不良又は材質不良に起因する故障が生じた場合には、発注者の指示により、受注者において無償で修理又は取り替え等その他の必要な補償を行うこととする。
その他艤装部分、積載品、附属品等については、納入日から起算して各メーカー規定の保証期間とする。
- 12 搭載する救急資機材の故障、メンテナンス等については、高度管理医療機器販売業の許可を有する者による、県内での即時対応ができる体制がとれていること。

第2 提出書類

1 受注者は、契約を締結した日から90日以内に、車両1台について次の書類を提出すること。

- | | |
|---------------------------|----|
| (1) 製作工程表 | 2部 |
| (2) 製作承認図 | 3部 |
| (3) 患者室内器材配置図 | 2部 |
| (4) 電気配線系統図（電装品の名称、容量を記入） | 1部 |

2 受注者は、納入時に、車両1台について次の書類を提出すること。

- | | |
|-------------------------|-----|
| (1) 各搭載資機材等の保証書 | 1部 |
| (2) 各搭載資機材等の取扱説明書 | 1部 |
| (3) 自動車登録検査証 | 1部 |
| (4) 構造取扱説明書 | 1部 |
| (5) 積載品の保証書及び取扱説明書 | 各1部 |
| (6) サービスマニュアル | 1部 |
| (7) 整備マニュアル | 1部 |
| (8) ETC車載器セットアップ申込書・証明書 | 各1部 |
| (9) 工程写真 | |
| 製作中各工程（組立中、塗装後） | 2部 |

第3 購入数量

2台

第4 納入期限

平成30年3月23日（金曜日）

第5 納入場所

東広島消防署

東広島消防署南分署（東広島市黒瀬町大多田1496番地5）

第6 車両仕様

仕様及びエンジンは、平成28年度排出ガス規制適合車かつ低排出ガス車認

定基準適合車であり、次の条件等を満たすこと。

- 1 高規格救急自動車であり、次のいずれかとすること。
 - (1) 日産シャシ CBF-FPWGE50
 - (2) トヨタシャシ CBF-TRH226S
- 2 エンジン：ガソリンエンジン
- 3 駆動方式：4輪駆動（4WD）
- 4 トランスミッション：オートマチックトランスミッション
- 5 乗車定員：7名以上
- 6 安全装備としてアンチロックブレーキシステム、エアバッグシステム、ハイマウントストップランプを装備すること。
- 7 前照灯は、HID又はLEDヘッドランプとすること。

第7 車両の型状及び構造

- 1 車体は、全有蓋密閉型とし、運転席ドア、助手席ドア、左サイドドア及び後方ドアから出入りできる構造とすること。
- 2 車体後部は、ストレッチャーによる搬入が容易に行える構造とすること。
- 3 サイレンは、「救急自動車に備えるサイレンの音色の変更について」（昭和45年6月10日付消防防第337号通知）の別紙「救急自動車に備える電子サイレンの概要」に適合するものであること。
- 4 バッテリーは、高規格救急自動車として十分な能力を発揮できる容量とし、点検及び交換等に便利な位置に設置すること。
- 5 充電発電機は、運行中の車両及び資機材等に必要な電気容量を供給できるものであること。
- 6 冷暖房機能を有すること。
- 7 ストレッチャー積載架台は、傷病者に対する応急処置をベッドの左右いずれの位置からでも実施できるよう、左右にスライドできるものであり、任意の位置で固定できるものであること。
- 8 全ての座席にシートベルトを設けること。
- 9 運転席及び助手席にサイドバイザーを取り付けること。
- 10 車体後部アルミステップには滑り止めを施すこと。

第8 車体の艤装（別表第1参照）

- 1 赤色警光灯は、フロント及びリアともメーカー標準仕様のものとし、赤色警光

灯スイッチを運転席と助手席の間の前方に取り付けること。

- 2 赤色点滅灯のスイッチは赤色警光灯と連動させること。
- 3 後輪照明灯（LED）の単独スイッチを運転席に取り付けること。
- 4 サイレンアンプは、ピーポー音、ウーウー音の2音式50W（マイク付）のものをダッシュボード付近に取り付け、ウーウー音用追加スイッチを2箇所（運転席及び助手席のダッシュボード付近）に取り付けること。
- 5 左サイドドア（前席サイドドアを除く）、後面ドア等の窓ガラスの下方約3分の2（リヤガラスのみ2分の1で可）は、曇りガラス又はこれと同等な目隠し処理をするとともに、開閉式（電動）カーテンを左サイド及びバックドアに取り付けること。
- 6 運転室内助手席側に患者室監視用インナーミラーを取り付けること。
- 7 フロントドア左側に助手席隊員用の後方確認補助ミラーを取り付けること。
- 8 酸素吸入器具装置
 - (1) 酸素ボンベ10ℓ（本市支給品）2本を個別に着脱できる構造とすること。
なお、酸素ボンベが露出しないようにカバーを設けること。
 - (2) 加湿流量計を患者室右側の救急処置に支障とならない位置に取り付けられるよう配管艱装を行うこと。
- 9 電源等
 - (1) 患者室内に外部電源専用コンセント2口を設けること。また、AC自動切替装置を設置すること。
 - (2) 自動車電話等
自動車電話は、救急資機材納入業者から納入される自動車電話を患者室内（ベッド右側）に設けること。また、取り付け等にあたっては、熱、振動等により機能低下することのないようにすること。
- 10 消防専用電話装置
 - (1) 東広島消防署配置の東広島救急2のAVM（車両動態管理装置（富士通ゼネラル製））及び消防無線機を取り外して、納入車両にそれぞれ移設することとし、移設の日程に関しては、本市担当者と協議の上決定することとする。

※下表参考のこと（車両名及び登録番号は現時点のもの）

AVM・無線機移設元			AVM・無線機移設先	
車両名	登録番号		車両名	登録番号
東広島救急2	広島800す2882	→	新車（当該車両）	—

- (2) 東広島消防署南分署配置の黒瀬救急1及び黒瀬救急2のAVM（車両動態

管理装置（富士通ゼネラル製）及び消防無線機を取り外して、当該車両及び黒瀬救急1にそれぞれ移設することとし、移設の日程に関しては、本市担当者と協議の上決定することとする。

※下表参考のこと（車両名及び登録番号は現時点のもの）

AVM・無線機移設元			AVM・無線機移設先	
車両名	登録番号		車両名	登録番号
黒瀬救急1	広島800す8138	→	新車（当該車両）	—
黒瀬救急2	広島800す2144	→	黒瀬救急1	広島800す8138

- (3) 無線アンテナは、車体上部に固定し、同軸ケーブルにて電話装置体に接続すること。
- (4) 患者室（隊員席付近）に無線送受話器を設け、無線機本体まで配線し接続すること。
- (5) 消防専用電話装置用のトランペット型スピーカーを助手席側ダッシュボード下部に設けること。
- (6) 無線ノイズ防止用アースボンディングを設置すること。
- 11 屋根の取付品については、緩衝ゴムを使用し屋根裏には補強板をあて、確実に取り付けること。なお、貫通部分には、漏水防止を十分に施すこと。
- 12 患者室内には、救急資機材を収納するために必要な器材収納庫及び鍵付きの薬剤専用収納庫を設けること。
- 13 患者室内左側へ跳ね上げ式のサイドシート（隊員席）を設けるとともに、防振ベッド頭部側に跳ね上げ式の隊員席を設けること。
- 14 患者室の座席及び背もたれには、シートカバー（ビニール製、厚さ0.5mm以上）を取り付けること。
- 15 患者室サイドシート（隊員席）下部に器材収納ボックスを設け、救急バッグ、雨おおい、毛布、救急資機材が収納できるよう可能な限り広げること。
- 16 患者室の各種モニター収納棚に、別表第1（車両の部）に掲げる自動体外式除細動器の取付架台を設け、容易に取り付け及び取り外しできるようにすること。
- 17 別表第1（車両の部）に掲げるベンチレーターの取り付け架台は、脱着可能な構造とし、安全確実に取り付けること。
- 18 助手席後部のハイメディック標準装備の手洗い装置を収納庫に改造すること。なお、収納庫の上部面はステンレス製のトレイを設けること。
- 19 サブストレッチャー及びバックボードは容易に出し入れできるよう収納する

こと。

- 20 前記に掲げるスイッチ、ソケット、コンセント等には、名称札を貼付すること。
- 21 患者室内には、乗車を容易にするための手摺を設けること。
- 22 患者室内にティッシュボックス及びグローブボックスの固定ベルトを設けること。
- 23 運転席後部に可能な限り大型の収納庫（棚3段）を設けること。
なお、棚の高さは容易に変更できる構造とすること。
- 24 ルーフサイド収納庫下部前後にアシストグリップを設けること。
- 25 C型バネフックを5個以上取り付けること。

第9 内装、塗装及び記入文字

- 1 天井は内部の電装品及び各種配線を点検できる構造とすること。
- 2 患者室の床面は、水洗いに耐える十分な防水処理を施すとともに、資機材収納庫等で床面と接する部分にも、水が浸透しないように防水処理すること。
- 3 外部塗色は白色とし、窓枠下部に赤色（ロックスカーレット）で幅70mmの帯を入れること。また、当該帯上の車両左右側面及び後面には赤色で再帰性に富んだ反射材の帯を入れ、前面には白色で再帰性に富んだ反射材の帯を入れること。
- 4 記入文字
記入文字は丸ゴシック体とし、次のとおりとする。

(1) 車両側面中央

「東広島市消防局」 2箇所記入すること。

書き方 左書き

文字色 黒文字

大きさ 縦100mm×横100mm

(2) 車両側面フロントドア

車両記号

東広島救急2	「救急3」
黒瀬救急2	「救急2」

2箇所記入すること。

書き方 左書き

文字色 黒文字

大きさ 縦70mm×横60mm

(3) 車体上部

対空文字

東広島救急2	「東広救3」
黒瀬救急2	「東広救2」

書き方 左書き

文字色 赤文字

大きさ 縦600mm×横600mm

(2) ステッカー

車両側面フロントドア外側に別表3に定めるエンブレムのステッカーを貼付すること。

また、車両リヤドア上部にパラメディックステッカーを貼付すること。

第10 救急資機材等の積載

- 1 車両に別表第2（搭載資機材の部）に掲げる資機材（以下「搭載資機材等」という。）を、その機能を損なうことなく、安全かつ確実に積載すること。
また、収納庫の配置等については、本市係員の指示によること。
- 2 車両への搭載資機材等の取付方法、積載方法、配線及びケーブル等の敷設については、本市係員と細部にわたり十分な打合せを行うこと。なお、配線、ケーブル等は、内張り内等を経由して敷設すること。
- 3 搭載資機材等は、救急業務実施基準（昭和39年自消甲教発第6号）に定める救急自動車に、その機能を損なうことなく安全かつ確実に積載できるものであること。
- 4 搭載資機材等は、入札時において最新式の資機材及び付属品等を備えるものとする。
- 5 搭載資機材等の収納ケースには、消防本部名「東広島市消防局」を記入すること。
- 6 酸素ボンベにあっては、ロレットバルブとし、登録番号（Q-072）を刻印後納入すること。

第11 検査

- 1 受注者は、製作工程表に基づき、文書及び写真等で本市担当者に報告を行い、次の確認・検査を受けることとする。ただし、本市担当者において現地検査が必要と判断した場合は、現地において検査を受けることとする。
なお、公的機関の認定品又は試験成績書があるものについては、これを省略する場合がある。

(1) 完成車走行検査（悪路または100km走行）

- (2) 車体の構造及び艤装状況の検査
- (3) 積載品・装備品の装着・架装状況及び品数の確認
- (4) 積載品・装備品の作動状況検査

2 検査の日程等については、協議のうえ決定するものとする。

第12 登録及び廃車手続き

- 1 車両登録は、発注者が行う完成検査前までに、受注者が行うものとし、登録に関する一切の経費は受注者が負担する。ただし、車両登録に関する登録手数料（印紙代）、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険の費用及び自動車リサイクル法に基づくリサイクル料金は、受注者が立て替え払いし、完成検査終了後に別途発注者がこれを受注者に支払うものとする。
- 2 受注者は、納入前に広島県公安委員会へ緊急車両届出確認証を提出し承認を受けること。
- 3 下表の不用車両2台を廃棄処分すること。
 - (1) 不用車両の廃棄手続は、受注者が行うものとし、廃車に関する一切の経費は受注者が負担する。
 - (2) 永久抹消登録完了後は、速やかに当該抹消登録証明証の原本を東広島市消防局警防課へ提出すること。
 - (3) 不用車両の車体に表示してある名称等を消去し、引渡し後において発注者に一切迷惑をおよぼすことのないように処理すること。名称等の消去後は、当該箇所を写真撮影のうえ、東広島市消防局警防課へ提出すること。
 - (3) 不用車両の引き渡しは、原則として新車両納入日とする。
ただし、本市の事情により、新車両納入の日に不要車両の引き渡しが不能となった場合は、この限りでない。
 - (5) 旧車両の自動車検査証の有効期限は、次のとおり。別添「自動車検査証（写し）」

車名	登録番号	初年度登録	有効期限	車台番号	配置場所
トヨタ	広島 800 す 2882	平成 19 年 12 月	平成 29 年 12 月 25 日	T R H226- 0004084	東広島消防署
トヨタ	広島 800 す 2144	平成 19 年 3 月	平成 31 年 3 月 6 日	T R H-226- 0003241	東広島消防署 南分署

第13 問い合わせ先（発注担当課）

東広島市消防局警防課

電話 082-422-5648

FAX 082-422-7248

E-mail hgh225648@city.higashihiroshima.lg.jp

別表第1（車両の部）

※ 下表の規格を満たすものであればメーカー・品番を問わない。また規格を満たしているかどうかの事前確認及び同等品規格確認は受け付けない。

※ ただし、メーカー・品番を明記している品については同一品のみ納入可とする。

1 取付品及び附属品

No.	品名	規格	数量	設置場所
1	フォグランプ	ハロゲン 35W（標準装備品）	2個	フロントバンパー付近
2	後輪照明灯	保護枠付き又は同等の強度を有するもの（10W LED）	2個	車両後輪の前方下部
3	バックブザー	ON・OFFスイッチ付	1個	車両後部の洗車時に水がかからない位置
4	HID又はLEDヘッドランプ	標準装備品	2個	
5	遮光幕	幅100mm×高さ120mm	1枚	運転室と患者収容室の間
6	フレキシブルスポットランプ	8W以上	2個	助手席及び隊員席ピラー部
7	地図入れ	A3サイズ	1個	運転席後部付近
8	インバーター等	DC12V用:AC100V用変換出力用 正弦波（60サイクル）で300W以上（標準装備品）	1式	車内

9	電源取入ソケット	AC100V用 外部電源取入口 (マグネット式) 10m延長コード付 (標準装備品)	1式	車両右側後部 (防水処理)
10	外部電源専用コンセント	100V (標準装備品)	2口	
11	インバーター用コンセント	AC100V (標準装備品)	10口	資機材設置場所付近
12	インバーター用コンセント	DC12V シガレットタイプ (標準装備品)	2口	資機材設置場所付近
13	モニター・器材収納ボックス	キャビネットユニット型	1個	
14	リア器材箱	標準装備品	1個	
15	半自動除細動器取付架台	幅400mm、奥行き230mm、高さ180mm	1台	
16	ベンチレーター取付架台	幅400mm、奥行き200mm、高さ130mm	1台	
17	時計	電波式、秒表示可 (直径約10cm以上)	1個	患者室の見え易い位置
18	救命浮環	外径375mm、内径135mm、厚み90mm	1個	
19	収納庫	ハイメディック専用 D110-LP45	1個	
20	点滴フック・点滴ビン固定装置	標準装備品	2個	患者室天井の中央部付近
21	ストレッチャー【東広島消防署仕様】	ファノ製エクステンジ`ストレッチャー #4155/#4080-S 1台 マットレス#50・softenビ`ロー (固定ベルト付き) 1枚 ハイセーフストラップ` 1P×2本・サイド`アーム ASSY	1式	

		<p>サイドアームプレート（左右各1枚）（ストップキャスティング付き）</p> <p>サイドアームカバー（左右各1枚）（患者右手側のみ IV ホール収納タイプ）</p> <p>soften マット・IVホール #2034×1・#7032 マウント×2 個</p>		
22	ストレッチャー【南分署仕様】	<p>スコットメイトモデル9304 カラーストレッチャー×1台：アナタリスト加工（サイドアーム部）抗菌マット、ヘルト2本、サイドアームリンケージシステム（左右各1）、サイドアームプレート専用マット付（左右各1）</p> <p>ガードル架（FW専用型）レストレイント、（モデル430・2ピース）×2組</p> <p>専用マットレス460J×1枚、スコットメイト930用トレイ×1枚</p>	1式	
23	サブストレッチャー	<p>スクープエクセルモデル65EXL（ピン付）1台（ヘッドイモビライザーモデル445-S付）イモビ専用バック付1式</p>	1式	
24	電子サイレン	<p>大阪サイレン製 OPS-5101VQ</p> <p>同一品</p>	1式	
25	赤色警光灯	標準装備品	1式	
26	赤色点滅灯	LED型（前2個）（標準装備品）	1式	フロントバンパー上部

27	赤色点滅灯	LED型（後）（標準装備品）	1個	バックボード及びサブストレッチャー収納口付近
28	車両取付型酸素呼吸器一式	オキシパックOX-FDX（調整含む）1台 三方チーズ（高圧用）1個 配管ホース8m（高圧用）1本 ボンベ丸ハンドル（台付き）1個 高圧ニードル用減圧弁SA 2個	1式	
29	人工呼吸器一式	アンプ蘇生バッグマークIV成人（リザーバーバッグ・ケース付）1個 蘇生バッグマークIVベビー（リザーバーバッグ・ベビーコネクター・ケース付き）1個 酸素接続チューブ1本・インハレーター1個・専用アダプター1個・アンプアダプター1個 収納ケース アンプシリコンカフマスク青・透明ドーム4サイズ（サイズ5・4・2・0 各1）	1式	
30	電動吸引器一式	サクシオンユニットLSU4000 再使用型キャニスター付 78000005 1台 再使用型キャニスター 784000（LSU4000用）1個 再使用型吸引チューブ（アダプタ無し）5本/箱 770410 1箱 吸引カテテルアダプター 650113 10個	1式	

		フロントホール 10 個入 781002 (LSU4000 用)1 箱 エアロゾルフィルター 781200 LSU4000 再使用型キャニスター用 12 個 吸引カテテルテーパー型(10・14・18Fr 各 5 本/箱)各 1 箱 ショルダーストラップ 782300 (LSU4000 用) 1 本 サイトホーチ 78240040 (LSU4000 用) 1 個		
31	エアーウエイ	経鼻エアーウエイ 4 サイズ (6、7、8、9) 各 1、ゲデルエアーウエイ 4 サイズ (0、1、 2、3) 各 1	1 式	
32	開口器	エスマルヒ式開口器	1 個	
33	消火器	A B C 4 型 (標準装備品)	1 本	助手席後部床面
34	消防章	消防マーク 直径 1 5 0 mm	1 個	フロントパネル
35	G P S ナビゲーションシステム	バックモニター含む (純正品)	1 式	
36	スペアタイヤ	ホイール付 1 5 インチ (標準装備品)	1 本	
37	牽引ロープ	伸縮式 耐荷重 2 t 以上、長さ 2 m 以上	1 本	
38	標準工具	(標準装備品) (十字レンチ含む)	1 式	
39	スタッドレスタイヤ	ホイール付(前後輪全て) 1 5 インチ	4 本	
40	タイヤチェーン	非金属製	4 本	

41	ナンバーフレーム	ステンレス製	1 個	
42	停止標示板	J I S 規格	1 個	
43	保安信号灯	発炎筒 (標準装備品)	1 本	
44	車輪止め	ゴム製	2 個	
45	予備ランプ球	T10×10 個、T16×5 個、T20×10 個	1 式	
46	予備ヒューズ	10A、15A、20A、25A、30A 各 5 個	1 式	
47	補修用塗料	タッチペンタイプ	1 個	
48	フロアマット	純正品	2 枚	
49	シートビニールカバー	ビニール製、厚さ 0. 5 mm 以上	1 式	
50	ハンドサーチライト	(標準装備品)	1 式	
51	ボール	長さ 6 0 mm 以上	1 本	器材収納ボックス
52	自動心肺蘇生装置一式	LUCAS2 (SW2. 2) 心臓マッサージシステム 99576-000029 1 台 LUCAS2 用バッテリー 11576-000039 1 個 LUCAS2 用ディスプレイサドル吸着カップ 3 個入 11576- 000046 4 パック	1 式	

		LUCAS2 用 AC 電源アダプタ 11576-000058 1 個 LUCAS2 用バッテリー充電器 11576-000060 1 個 LUCAS 用バックプレートグリッドテープ 11576-000053 1 本 予備バッテリー 1 個		
53	体温計	ヒュービテックススマートサーモ FS-700W・電子体温計各 1	1 式	
54	血糖測定器	メディセーフフィット MS-FR201(専用針付き)医薬品は除く	1 個	
55	ペンライト	瞳孔ゲージ付	1 個	
56	梯状副子	ソフトシーネ (各サイズ SS、S、M、L、LL 各 2 組)	1 式	
57	止血帯	エスマルヒ式及び井の内式	1 式	
58	頸部固定具	レールダルステイップネック成人、小児 各 5	1 式	
59	頭部固定具	ヘッドイモビライザー	1 式	
60	バックボード	ハイテクバックボードモデル 2010 (ストラップ両締めタイプ 4 本含む)	1 式	
61	膿盆	360mm	1 個	
62	万能はさみ	ステンレス製	1 本	

63	救急かばん	AK-800	1個	
64	懐中電灯	ペリカンライト1、セイバーライト2	1式	
65	電子血圧計	エレマーノ血圧計 H55 (カフ大、中、小各1)	1式	
66	万能斧	レスキューアックス (カバー付)	1個	器材収納ボックス
67	エアコン	標準装備品	1式	
68	C型バネフック	純正品 (5個以上)	1式	
69	リングカッター	リングカッター KIND (OS-1型) 替刃1枚付き	1個	
70	雨おおい	ファーノワシントン社製 レインカバー (スト レッチャ取付可能型)	1式	
71	ピンセット	無鉤13cm・無鉤15cm・無鉤18cm 各1本	1式	
72	ターポリン担架	固定ベルト2本付 【 カジカル仕様 】 ベルトの長さは本市が指定 (別途協議)	1式	固定ベルトに挿入するイラストデータは契約後、発注者から受注者に提供する。

2 高度救急処置用資機材

(1) 気道確保用資機材一式

No.	品名	規格	数量	設置場所
1	異物除去セット	バイトスティック (舌圧子) ADC4010T 同一品	1本	
		舌鉗子 コラン氏	1本	
		バイトブロック 大・中・小 (各1)	1式	
		ISゼリー (水溶性潤滑剤) 5g 50個入 5469000 同一品	2箱	
		聴診器 リットマンクラシックⅡ	1個	
		マギール鉗子 大・小 (各1)	1式	
		舌圧子 板状5枚入	1箱	
2	挿管セット	KAWA 喉頭鏡 ファイバー オプティカ LEDセット ハンドル (M) 1本+メガライト5本セット (ブレード1・2・3・4・5号)	1式	
		喉頭鏡用ソフトケース【東広島市消防局】の刺 繍ワッペンネーム入	1個	
		ラリングアルチューブNO, 3・4・5 (各1箱)	1式	
		イージーキャップ (1箱/6個入り)	1箱	

		トーマスチューブホルダー	10本	
		エアウェイチェッカーバルブ (3個)	1箱	
		ディスポスタイレット 1箱/10本入り (Mサイズ)	1箱	
		絆創膏 ニチバンキープポアA 1箱 (50mm ×9m 6巻入)	1箱	
		挿管セット収納ケース ルノプラス5149 【東広島市消防局】のネ ーム入	1個	

(2)ビデオ喉頭鏡

No.	品名	規格	数量	設置場所
1	エアウェイスコープ喉頭鏡	AWS-S200	1式	
		AWS用イントロク ITL-SL 10本/箱 (くもり止め含む)	1箱	

(3)自動体外式除細動器 (二相波形式)

No.	品名	規格	数量	設置場所
1	自動体外式除細動器一式	旭化成ゾール AED Pro (半自動/マニュアル) 1台 付属品: ソフトケース SURE POWER 充電式バッテリー 2個 ZOLL AED Pro 心電図ケーブル 1本 成人用電極パッド (Stat-Padz II) 20組 小児用電極パッド (Stat-Padz II) 10組	1式	

		ZOLL 心電図電極 成人用 (30個) 10式 ZOLL 心電図電極 小児用 (30個) 2式		
--	--	---	--	--

(4)輸液用資機材一式

No.	品名	規格	数量	設置場所
1	静脈確保セット	スーパーキャス5 18G・20G・22G・24G (各1箱)	1式	
		カテリープ 85×110mm 1箱 (30枚入)	1式	
		テルフュージョン輸液セット TI-J353P 20入	1式	
		テルモ輸液セット 小児用 TK-J351PK027	1式	
		清浄綿 ビナコット 1箱 (医薬部外品)	1式	
		救急バック AK-800 オレンジ 【東広島市消防局】の ネーム入り付	1式	

(5)心電計及び心電図伝送装置

No.	品名	規格	数量	設置場所
1	心電計	旭化成 X series 本体 (NIBP 付) 【NIBP+12誘導 ECG+CPR+ETC02+AED+SPo2+SPCO】 × 1 台 《付属品：12Lケーブル・3Lケーブル・サイトケース・バッテリー・電源ケーブル・血圧カフ成人用・血圧カフ接続用ホース・記録紙各1》 リューザブル カフ 乳児用 1個 リューザブル カフ 小児用・小 1個 リューザブル カフ 小児用 1個 リューザブル カフ 成人用・小 2個 リューザブル カフ 成人用 2個 リューザブル カフ 成人用・大 1個 リューザブル カフ 大腿部用 1個 レインボー リューザブルケーブル RC-4 1個 レインボー 成人用 リューザブルセンサー 1個 レインボー 小児用 リューザブルセンサー 1個 フィルターラインHセット 成人用 1個 スマートカフライン プラス02 成人用 1個 X series 記録紙 6個入 1箱 成人用電極パッド 10組 小児用電極パッド 2組 SURE POWER II 充電式バッテリー 1個	1式	

		SURE POWER バッテリチャージャー シングル 1個		
--	--	-------------------------------	--	--

(6)自動車電話

No.	品名	規格	数量	設置場所
1	自動車電話	NTTドコモ社製（付属品含）、骨伝導ヘッドセット	1式	

別表第2（搭載資機材の部）

1 救急自動車関係

No.	品名	規格	数量	設置場所
1	ETC車載器		1式	運転席又は助手席付近
2	消防専用電話装置	車両動態管理装置(AVM)移設含む	1式	
3	ウインドクラッシャー	クライシスハンマー	1個	器材収納ボックス

2 救急用資機材関係

No.	品名	規格・型式等（又は同等品）	数量	設置場所
1	ベンチレーター	パラパックプラス300NJ 本体 P300NJ	1式	
		ディスプレイダブル呼吸回路 内圧モニタ付 10本入	1箱	
		呼吸回路保持用サポートアーム	1本	
		サーモベント HEPA 人工鼻フィルタ 25個/1箱	1箱	
		減圧弁 FLW2タイプ	1個	
		耐圧ホース	1本	
		アンブシリコンカフマスク (5・4・2) 各1個	1式	

		高濃度酸素マスク (20個/1箱)	1箱	
		手動酸素吸引器セット	1式	
		2リットルボンベ(軽量型)	2本	
		ソフトケース モデル5120【東広島市消防局】のネム入	1個	
2	血中酸素飽和度測定器一式	【セット】 ハンドヘルド CO2 モニタ カブ /チェックII 8400CK1 カブ /チェックII 搬送用バッグ 8414K 1個 カブ /チェックII バッテリー 8408 1個 患者アタッチメントキット 10個/袋 WW8214 1袋 鼻用カニューレ CO2 用 成人用 10本/袋 1129 1袋 鼻用カニューレ CO2 用 小児用 10本/袋 1130 1袋	1式	
3	枕	メイン用(1)・サブ・ストレッチャー用(2)	1式	
4	敷物	ビニールシート 107mm×2,000mm	1枚	
5	救急ベスト	モデル5106 (【東広島市消防局】のネム入 胸・背中反射ラバー)	3着	
6	はさみ	ロビンソンレスキューシザー	1個	
7	旭化成 X (オプション品)	レインボーリユースフルケーブル RC-4	1式	
8	旭化成 X (オプション品)	レインボーリユースフルセンサー 成人用	1式	
9	旭化成 X (オプション品)	心電図誘導ケーブル (10電極) -IEC	1式	
10	旭化成 X (オプション品)	心電図誘導ケーブル (3電極) -IEC	1式	
11	静脈路確保用資機材	スタットベイン 非接触型静脈可視化装置	1式	
12	拡声器	レイニーメガホンタフTS-623 (サイレン音付)	1器	

別表 3

1 ステッカーサイズ

種 別	サイズ
ステッカー	タテ 20.0cm ヨコ 18.0cm

2 ステッカー内の東広島市の市章は、本市の告示第 35 号（昭和 49 年 7 月 17 日）に基づき、作成すること。なお、市章のデータは契約締結後、発注者から png ファイルにて受け渡すものとする。

3 デザインは、次のとおりとする。

【見本】

